BGT BioGenTechnologies GmbH
Von-Langen-Weg 10
48565 Steinfurt
Tel.: 02552/4090 Fax.: 02552/1298

Tech-Cal™

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRANT HEMATOLOGIQUE

Lot No.: **0304**
Exp. Date: **05. Apr 10**
Date d'exp.: ***05. Apr 10***

Calibration/Standardization Values for Technicon® H*1, H*2, H*3 Series Instruments

*Valeurs de calibration et de standardisation pour les instruments Technicon® H*1, H*2, H*3*

Parameter *Paramètre*	**Assigned Value** *Valeur Cible*	**Acceptable Range** *Limites d'acceptation*
Calibration Values *Valeurs de Calibration*		
WBC × 10^3/µL	**7,90**	7,70 - 8,10
WBCB × 10^3/µL	**8,10**	7,90 - 8,30
RBC × 10^6/µL	**4,38**	4,28 - 4,48
HGB g/dL	**13,4**	13,2 - 13,6
g/L	**134,0**	132,0 - 136,0
mmol/L	**8,3**	8,2 - 8,4
MCV fL	**79,0**	77,0 - 81,0
PLT × 10^3/µL	**218**	206 - 230
Standardization Values *Valeurs de Standardisation*		
Kx %	*	
Ky %	*	

NOTE **For Technicon H*Jr. Systems, use the WBCB to calibrate the WBC parameter.**

REMARQUE *Pour les instruments Technicon H*Jr., utiliser la valeur WBCB pour calibrer le paramètre GB.*