

INTENDED USE

CBC-3K is an assayed whole blood control designed to monitor values on multi parameter hematology cell counter. Please refer to the assay table for specific instrument models.

SUMMARY AND PRINCIPLE

It is an established laboratory practice to use a stable control to monitor the performance of diagnostic tests. This control is composed of stable materials that provide a means of monitoring the performance of hematology blood cell counters. It is sampled in the same manner as a patient specimen.

REAGENTS

CBC-3K is an *in vitro* diagnostic reagent composed of human erythrocytes, mammalian leukocytes, and mammalian platelets suspended in a plasma-like fluid with preservatives.



PRECAUTION

CBC-3K is intended for *in vitro* diagnostic use only by trained personnel.




WARNING:

POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For *in vitro* diagnostic use. Each human donor/unit used in the preparation of this product has been tested and yielded non-reactive / negative results for all conditions referenced in 21 CFR 610.40 (a) (b), as required by the FDA. Testing was conducted using FDA-licensed tests. Additional details can be found at:

<http://www.mdheme.com/TechnicalInformation.aspx>.

No test method can offer complete assurance that infectious agents are absent; therefore, this material should be handled as potentially infectious. When handling or disposing of vials follow precautions for patient specimens as specified in the OSHA Bloodborne Pathogen Rule (29 CFR Part 1910, 1030) or other equivalent biosafety procedures.



STABILITY AND STORAGE

Store CBC-3K upright at 2 - 8° C (35 - 46° F) when not in use. **Protect tubes from overheating and freezing.** Unopened tubes are stable through the expiration date. Opened product is stable for **8 or 15 days (depending to your analyzer, refer to the assay sheet) or 15 pierces**, whichever comes first, provided they are handled properly.

INDICATIONS OF DETERIORATION

After mixing, product should be similar in appearance to fresh whole blood. In unmixed tubes, the supernatant may appear cloudy and reddish; this is normal and does not indicate deterioration. Other discoloration, very dark red supernatant or unacceptable results may indicate deterioration. **Do not use the product if deterioration is suspected.**



INSTRUCTIONS FOR USE

- Remove tubes from the refrigerator and allow to warm to room temperature (15 to 30°C or 59 to 86°F) for 15 minutes before mixing.
- To mix, hold a tube horizontally between the palms of the hands. **Do not pre-mix on a mechanical mixer.**
 - Roll the tube back and forth for 20 - 30 seconds; occasionally invert the tube. Mix vigorously, but do not shake.
 - Continue to mix in this manner until the red cells are completely suspended. Tubes stored for a long time may require extra mixing.

- Gently invert the tube 8 - 10 times immediately before sampling.
- Analyze the sample as instructed in the Quality Control section of the Operator's Manual for your instrument.
 - After sampling:
 - If tube has been opened for sampling, clean residual material from the cap and tube rim with a lint-free tissue. Replace the cap tightly.
 - Return tubes to refrigerator within 30 minutes of use.

EXPECTED RESULTS

Verify that the lot number on the tube matches the lot number on the table of assay values. Assay values are determined on well-maintained, properly calibrated instruments using the instrument manufacturer's recommended reagents. Reagent differences, maintenance, operating technique, and calibration may contribute to inter-laboratory variation.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Assigned values are presented as a Mean and Range. The Mean is derived from replicate testing on instruments operated and maintained according to the manufacturer's instructions. The Range is an estimate of variation between laboratories and also takes into account inherent imprecision of the method and expected biological variability of the control material.

Assay values on a new lot of control should be confirmed before the new lot is put into routine use. Test the new lot when the instrument is in good working order and quality control results on the old lot are acceptable. The laboratory's recovered mean should be within the assay range.

For greater control sensitivity each laboratory should establish its own mean and acceptable range and periodically reevaluate the mean. The laboratory range may include values outside of the assay range. The user may establish assay values not listed on the Assay Sheet, if the control is suitable for the method.

LIMITATIONS

The performance of this product is assured only if it is properly stored and used as described in this insert. Incomplete mixing of a tube prior to use invalidates both the sample withdrawn and any remaining material in the tube.

TECHNICAL ASSISTANCE AND CUSTOMER SERVICE

For technical assistance or additional information, please call your dealer or local distributor. If there is no, you may call Bio-techne® Technical Service at 33 (0)2 99 35 19 36.

QUALITY CONTROL PROGRAM

For information on the Inter-Laboratory Quality Control Program, please call Bio-techne® CBC-Monitor Service at 33 (0)2 99 35 19 36.

All brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.



R & D Systems, Inc.
614 McKinley Place NE
Minneapolis, MN USA 55413

IS033-016 Rev 08/17



Bio-techne®
19 Rue Louis Delourmel
35230 Noyal Châtilon / Seiche
France

IS03K00-V12 10/2019



APPLICATION

Le CBC-3K est un contrôle titré conçu pour le suivi des performances des analyseurs d'hématologie. Veuillez vous reporter aux tables de valeurs fournies pour les modèles spécifiques d'appareils.

PRINCIPE

L'utilisation d'un contrôle stable pour le suivi des performances des tests diagnostiques est une pratique reconnue. Ce contrôle est constitué de composants stables qui permettent le suivi des performances des compteurs de cellules sanguines pour l'hématologie. Il doit être utilisé de la même façon qu'un échantillon de sang de patient.

COMPOSITION

Le CBC-3K est un contrôle pour le diagnostic *in vitro* composé de globules rouges humains, de leucocytes et de plaquettes de mammifères en suspension dans un liquide équivalent au plasma contenant des agents conservateurs.



PRECAUTION

Le CBC-3K est conçu pour être utilisé exclusivement pour le **diagnostic *in vitro*** par du personnel expérimenté.



ATTENTION :

RISQUE BIOLOGIQUE POTENTIEL Pour usage *in vitro* seulement.

Ce produit renferme des composants provenant de source humaine et/ou potentiellement infectieux. Ce produit a été testé, et a donné des résultats non réactifs / négatifs pour toutes les conditions mentionnées dans le 21 CFR 610,40 (a) (b), tel que l'exige la FDA. Les tests effectués ont tous été approuvés par la FDA. Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site du fabricant:

<http://www.rndheme.com/TechnicalInformation.aspx>

Aucune méthode connue ne peut offrir une assurance totale que les produits issus de source humaine ou contenant des microorganismes inactivés ne puissent transmettre des infections. Aussi, pour l'utilisation et les manipulations de ce produit, veuillez respecter les mêmes précautions que pour un échantillon de sang de patient tel que spécifié dans le OSHA Bloodborne Pathogene Rule (OSHA 29 CFR Part 1910.1030) ou toute autre procédure de sécurité sanitaire équivalente.



STABILITE ET CONSERVATION

Avant ouverture et entre les utilisations, conserver le CBC-3K en position verticale à une température de 2 - 8° C (35 - 46° F). **Veiller à ne pas exposer les échantillons à des températures trop élevées ou à la congélation.** Avant ouverture, les échantillons sont stables jusqu'à la date d'expiration. Après ouverture ou premier perçage, les échantillons correctement manipulés sont stables **8 ou 15 jours (selon votre automate, se référer à la feuille de valeurs) ou 15 perçages maximum** selon la durée la plus courte.

INDICATIONS DE DETERIORATION

Après agitation, l'aspect du produit doit être identique à celui d'un sang frais total. Avant agitation, le liquide surnageant peut apparaître trouble et rougeâtre ; ceci est normal et n'indique pas une détérioration. Une autre coloration, un surnageant rouge-brun ou des résultats inacceptables peuvent indiquer que le produit est endommagé. **Ne pas utiliser le produit si une détérioration est suspectée.**



MODE D'EMPLOI

- Sortir le produit du réfrigérateur et le laisser revenir à température ambiante (15 - 30°C ou 59 - 86°F) pendant 15 minutes avant d'agiter.
- Pour agiter, tenir le tube horizontalement entre les paumes des mains. **Ne pas utiliser d'agitateur mécanique.**
 - Rouler le tube d'avant en arrière pendant 20 - 30 secondes; inverser le tube de temps en temps. Agiter vigoureusement mais ne pas secouer.
 - Continuer à agiter de cette façon jusqu'à ce que les globules rouges soient totalement remis en suspension. Les tubes ayant été stockés pendant une longue période peuvent nécessiter une plus longue agitation.

- Inverser doucement le tube 8 - 10 fois immédiatement avant chaque analyse.
- Analyser l'échantillon selon les instructions du chapitre Contrôle de Qualité du manuel opérateur de votre appareil.
 - Après analyse:
 - Si le tube a été ouvert pour l'analyse, essuyer les résidus de produit à l'intérieur du bouchon et sur l'embouchure du tube avec un tissu non pelucheux. Revisser le bouchon à fond.
 - Remettre les tubes au réfrigérateur dans les 30 minutes suivant l'utilisation.

RESULTATS ATTENDUS

Vérifier que le numéro de lot figurant sur le tube correspond à celui mentionné sur les tables de valeurs. Les valeurs cibles sont établies à partir d'appareils correctement calibrés et régulièrement entretenus utilisant les réactifs recommandés par le fabricant. Des différences de réactifs, de maintenance, de technique opératoire et de calibration peuvent contribuer à des variations inter laboratoires.

PERFORMANCE

Les valeurs attendues sont présentées sous la forme d'une valeur cible moyenne et d'un écart de variation. La valeur cible moyenne est obtenue à partir de tests dupliqués sur des appareils utilisés et maintenus selon les recommandations du fabricant. L'écart de variation est une estimation des variations inter laboratoires et prend également en compte les imprécisions inhérentes à la méthode et aux variations biologiques attendues pour ce produit de contrôle.

Il est nécessaire de valider les valeurs cibles d'un nouveau lot de contrôle avant d'utiliser celui-ci de façon régulière. S'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement et que les résultats obtenus avec l'ancien lot de contrôle sont acceptables avant de tester le nouveau lot. Les moyennes obtenues par le laboratoire doivent se situer à l'intérieur de la plage de tolérance.

Pour obtenir une plus grande précision du contrôle, chaque laboratoire devra établir ses propres valeurs cibles et écarts de variation et réévaluer la valeur moyenne périodiquement. La plage de tolérance du laboratoire peut inclure des valeurs extérieures aux tolérances de la table de valeurs fournie. L'utilisateur peut établir des valeurs ne figurant pas sur la liste fournie si le contrôle convient à la méthode.

LIMITES D'UTILISATION

Les performances de ce produit ne sont garanties que pour des conditions de conservation et d'utilisation appropriées telles que décrites dans cette notice. Une agitation incomplète d'un tube avant son utilisation invaliderait non seulement l'échantillon aspiré mais aussi le reliquat de produit dans le tube.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute assistance technique ou complément d'information, veuillez contacter votre fournisseur ou le distributeur de votre pays. A défaut, vous pouvez contacter le Service Technique de Bio-techne® au 33 (0)2 99 35 19 36.

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE QUALITE

Pour toute information concernant le Programme de Contrôle de Qualité Inter Laboratoires, veuillez contacter le Service CBC-Monitor de Bio-techne® au 33 (0)2 99 35 19 36.

Tous les noms commerciaux et produits sont des marques de fabrication ou des marques déposées de leur société respective.



R & D Systems, Inc.
614 McKinley Place NE
Minneapolis, MN USA 55413

IS033-016 Rev 08/17



Bio-techne®
19 Rue Louis Delourmel
35230 Noyal Châtillon / Seiche
France

IS03K00-V12 10/2019



ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

LOT

KK119

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS



2024-07-05

QCP Data Months :

May, June

Mois de Contrôle :

Mai, Juin

Instruments : ABBOTT		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	KK119L	LOT	KK119N	LOT	KK119H
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit
		Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites
ABBOTT CELL-DYN 3200* Version ≥ 1.8 Assay values obtained in QC Mode. Valeurs obtenues en Mode QC.	WBC/GB (WOC)	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,0 ± 0,4	7,4 ± 1,0	19,4 ± 2,5		
	WBC/GB (NOC)	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,3 ± 0,4	7,7 ± 1,0	21,5 ± 2,5		
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,4 ± 0,5	4,7 ± 1,5	13,6 ± 3,9		
	NEUT%	%	47,0 ± 10,0	63,5 ± 10,0	70,0 ± 10,0		
	LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,2 ± 0,6	1,8 ± 1,2	2,9 ± 2,4		
	LYMPH%	%	40,0 ± 12,0	24,0 ± 12,0	15,0 ± 9,0		
	MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,5 ± 0,5	1,0 ± 1,0		
	MONO%	%	8,0 ± 8,0	6,5 ± 6,5	5,0 ± 5,0		
	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3	1,6 ± 1,6		
	EOS%	%	3,0 ± 3,0	4,0 ± 4,0	8,0 ± 8,0		
	BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,4 ± 0,4		
	BASO%	%	2,0 ± 2,0	2,0 ± 2,0	2,0 ± 2,0		
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,10 ± 0,18	4,81 ± 0,24	5,37 ± 0,28		
	Hgb	g/dL	5,5 ± 0,4	13,8 ± 0,6	16,7 ± 0,8		
		g/L	55 ± 4	138 ± 6	167 ± 8		
		mmol/L	3,4 ± 0,3	8,6 ± 0,4	10,4 ± 0,5		
	Hct	%	15,5 ± 1,8	39,7 ± 2,5	46,2 ± 3,5		
		L/L	0,155 ± 0,018	0,397 ± 0,025	0,462 ± 0,035		
	MCV/VGM	fL	74,0 ± 5,0	82,5 ± 5,0	86,0 ± 5,0		
	MCH/TCMH	pg	26,2 ± 2,8	28,7 ± 2,4	31,1 ± 2,4		
		fmol	1,62 ± 0,18	1,78 ± 0,16	1,93 ± 0,16		
	MCHC/CCMH	g/dL	35,4 ± 3,6	34,8 ± 3,0	36,2 ± 3,0		
		g/L	354 ± 36	348 ± 30	362 ± 30		
	mmol/L	21,9 ± 2,3	21,6 ± 1,8	22,4 ± 1,8			
RDW/IDR	%	15,0 ± 3,0	15,0 ± 3,0	13,5 ± 3,0			
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	80 ± 22	242 ± 45	474 ± 70			
MPV/VPM	fL	5,4 ± 3,0	5,8 ± 3,0	5,6 ± 3,0			
ABBOTT CELL-DYN Ruby Assay values obtained in QC Mode. Valeurs obtenues en Mode QC.	WBC/GB (WOC)	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,0 ± 0,4	7,4 ± 1,0	19,4 ± 2,5		
	WBC/GB (NOC)	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,3 ± 0,4	7,7 ± 1,0	21,5 ± 2,5		
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,4 ± 0,5	4,7 ± 1,5	13,6 ± 3,9		
	NEUT%	%	47,0 ± 10,0	63,5 ± 10,0	70,0 ± 10,0		
	LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,2 ± 0,6	1,8 ± 1,2	2,9 ± 2,4		
	LYMPH%	%	40,0 ± 12,0	24,0 ± 12,0	15,0 ± 9,0		
	MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,5 ± 0,5	1,0 ± 1,0		
	MONO%	%	8,0 ± 8,0	6,5 ± 6,5	5,0 ± 5,0		
	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3	1,6 ± 1,6		
	EOS%	%	3,0 ± 3,0	4,0 ± 4,0	8,0 ± 8,0		
	BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,4 ± 0,4		
	BASO%	%	2,0 ± 2,0	2,0 ± 2,0	2,0 ± 2,0		
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,10 ± 0,18	4,81 ± 0,24	5,37 ± 0,28		
	Hgb	g/dL	5,5 ± 0,4	13,8 ± 0,6	16,7 ± 0,8		
		g/L	55 ± 4	138 ± 6	167 ± 8		
		mmol/L	3,4 ± 0,3	8,6 ± 0,4	10,4 ± 0,5		
	Hct	%	15,5 ± 1,8	39,7 ± 2,5	46,2 ± 3,5		
		L/L	0,155 ± 0,018	0,397 ± 0,025	0,462 ± 0,035		
	MCV/VGM	fL	74,0 ± 5,0	82,5 ± 5,0	86,0 ± 5,0		
	MCH/TCMH	pg	26,2 ± 2,8	28,7 ± 2,4	31,1 ± 2,4		
		fmol	1,62 ± 0,18	1,78 ± 0,16	1,93 ± 0,16		
	MCHC/CCMH	g/dL	35,4 ± 3,6	34,8 ± 3,0	36,2 ± 3,0		
		g/L	354 ± 36	348 ± 30	362 ± 30		
	mmol/L	21,9 ± 2,3	21,6 ± 1,8	22,4 ± 1,8			
RDW/IDR	%	15,0 ± 3,0	15,0 ± 3,0	13,5 ± 3,0			
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	80 ± 22	242 ± 45	474 ± 70			
MPV/VPM	fL	5,4 ± 3,0	5,8 ± 3,0	5,6 ± 3,0			

Flags generated on control material may be disregarded.

Les alarmes obtenues avec le sang de contrôle peuvent être ignorées.

*Occasionally leukocyte cell populations are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.


De temps en temps, les leucocytes peuvent être incorrectement identifiés. Si cela arrive prélever de nouveau l'échantillon.

*Neut/Eos flips may occur after Reticulocyte analysis. Prime analyzer with whole blood to avoid.

Les Neut/Eos peuvent sortir des tolérances données après une analyse de réticulocytes. Aspirer des sangs humains pour nettoyer le circuit fluïdique.



Bio-techn® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .

AV03K00-V44 02/2023

Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".
La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.
ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT KK119

QCP Data Months : May, June
Mois de Contrôle : Mai, Juin

2024-07-05

Instruments : ABBOTT			CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre		LOT	KK119L	LOT	KK119N	LOT	KK119H
			Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
ABBOTT	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,15	± 0,40	7,75	± 0,80	19,7	± 2,20
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,45	± 0,61	4,73	± 1,51	13,8	± 3,70
	NEUT%	%	46,0	± 12,0	61,0	± 12,0	70,0	± 10,0
CELL-DYN	LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,28	± 0,58	1,98	± 1,23	2,96	± 2,08
	LYMPH%	%	40,5	± 12,0	25,5	± 12,0	15,0	± 8,00
SAPPHIRE	MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,27	± 0,27	0,58	± 0,58	1,18	± 1,18
	MONO%	%	8,50	± 8,50	7,50	± 7,50	6,00	± 6,00
	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,09	± 0,09	0,31	± 0,31	1,48	± 1,48
	EOS%	%	3,00	± 3,00	4,00	± 4,00	7,50	± 7,50
	BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,06	± 0,06	0,16	± 0,16	0,30	± 0,30
	BASO%	%	2,00	± 2,00	2,00	± 2,00	1,50	± 1,50
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,16	± 0,18	4,85	± 0,20	5,49	± 0,24
	RBC-o/GR-o	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,22	± 0,18	4,85	± 0,20	5,42	± 0,24
	Hgb	g/dL	5,80	± 0,30	13,6	± 0,50	16,2	± 0,70
		g/L	58,0	± 3,00	136	± 5,00	162	± 7,00
		mmol/L	3,60	± 0,20	8,43	± 0,30	10,0	± 0,50
	Hct	%	16,4	± 1,80	42,0	± 2,40	48,9	± 3,00
		L/L	0,16	± 0,02	0,42	± 0,02	0,49	± 0,03
	MCV/VGM	fL	76,0	± 5,00	86,5	± 5,00	89,0	± 5,00
	MCH/TCMH	pg	26,9	± 2,80	28,0	± 2,00	29,5	± 2,00
		fmol	1,66	± 0,18	1,74	± 0,16	1,83	± 0,16
	MCHC/CCMH	g/dL	35,3	± 3,60	32,4	± 2,80	33,2	± 2,80
		g/L	353	± 36,0	324	± 28,0	332	± 28,0
		mmol/L	21,9	± 2,30	20,1	± 1,80	20,6	± 1,80
	RDW/IDR	%	16,5	± 3,00	15,0	± 3,00	13,5	± 3,00
	NRBC#**	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,001	± 0,001	0,001	± 0,001	2,00	± 1,70
	NRBC/100WBC**	%	0,001	± 0,001	0,001	± 0,001	10,2	± 8,70
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	72,0	± 20,0	210	± 40,0	418	± 70,0
	Plt-i	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	93,0	± 20,0	236	± 40,0	453	± 70,0
	MPV/VPM	fL	8,00	± 3,00	7,80	± 3,00	7,60	± 3,00
	Pct/Tht*	%	0,06	± 0,03	0,17	± 0,04	0,33	± 0,08
		mL/L	0,60	± 0,30	1,70	± 0,40	3,30	± 0,80
	PDW/IDP*	%	16,0	± 3,00	16,5	± 2,50	17,0	± 2,50

Manual & Semi-Automated Methods / Méthodes Manuelles & Semi-Automatiques			CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre		LOT	KK119L	LOT	KK119N	LOT	KK119H
			Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
Manual / Manuelle *	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,2	± 0,6	7,7	± 1,2	22,1	± 2,6
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,06	± 0,18	4,75	± 0,22	5,35	± 0,25
Semi-Auto.	Hgb	g/dL	5,9	± 0,4	14,0	± 0,5	16,7	± 0,8
		g/L	59	± 4	140	± 5	167	± 8
		mmol/L	3,7	± 0,2	8,7	± 0,3	10,4	± 0,5
	Hct	%	15,0	± 2,5	37,5	± 3,0	44,0	± 4,0
		L/L	0,150	± 0,025	0,375	± 0,030	0,440	± 0,040
	MCV/VGM	fL	73	± 5	79	± 5	82	± 5
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	67	± 20	218	± 40	438	± 70

CBC-3K may yield status alert messages on the Cell-Dyn Sapphire instrument.

Le CBC-3K peut donner des alarmes sur les instruments Cell-Dyn Sapphire.

PIC/POC errors may occur. Verify that the control is performing within assay range.

Des alarmes PIC/POC peuvent apparaître, vérifier que les valeurs trouvées se situent à l'intérieur des valeurs cibles.

* Clinical significance has not been established for these parameters. Therefore, they are provided for laboratory use only.

* Aucune signification clinique n'a été établie pour ces paramètres. Ces valeurs sont données à titre indicatif.

** The assay value of .001 and mean range of ±.001 for NRBC and NRBC/100WBC is entered for the Low level and Normal level controls since the instrument will not accept a value of zero. The NRBC concentration for the Low and Normal level is below the detectable level of the instrument and such serves as the NRBC negative control.

** La valeur cible de .001 avec un écart de ±.001, pour les paramètres NRBC et NRBC/100WBC, est entrée pour les niveaux Bas et Normal parce que l'appareil n'acceptera pas de valeur à zéro.

La concentration en NRBC pour les niveaux Bas et Normal est au-dessous du seuil de détection de l'appareil et ainsi sert de contrôle négatif pour les NRBC.



Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".
La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT **KK119**

3

QCP Data Months : **May, June**
Mois de Contrôle : **Mai, Juin**

2024-07-05

Instruments : ORPHEE (1)			CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre		LOT	KK119L	LOT	KK119N	LOT	KK119H
			Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit
			Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites
ORPHEE Mythic 22	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	2,4	± 0,6	6,3	± 1,5	17,1	± 3,0
	LYMPH%	%	25,5	± 19,5	14,5	± 11,5	11,5	± 9,0
	MONO%	%	24,5	± 15,0	17,5	± 17,5	11,5	± 11,5
	NEUT%	%	47,0	± 40,0	63,5	± 36,5	69,0	± 31,0
	EOS%	%	2,5	± 2,5	4,0	± 4,0	7,0	± 7,0
	BASO%	%	0,5	± 0,5	0,5	± 0,5	1,0	± 1,0
	LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,6	± 0,5	0,9	± 0,7	2,0	± 1,6
	MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,6	± 0,4	1,1	± 1,1	2,0	± 2,0
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,1	± 0,9	4,0	± 2,3	11,8	± 5,3
	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1	± 0,1	0,3	± 0,3	1,2	± 1,2
	BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1	± 0,1	0,1	± 0,1	0,2	± 0,2
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,15	± 0,20	4,75	± 0,30	5,25	± 0,40
	Hgb	g/dL	4,5	± 0,5	11,6	± 0,7	15,0	± 0,9
		g/L	45	± 5	116	± 7	150	± 9
		mmol/L	2,79	± 0,31	7,20	± 0,43	9,32	± 0,56
	Hct	%	17,1	± 2,5	42,3	± 3,0	47,9	± 3,5
		L/L	0,171	± 0,025	0,423	± 0,030	0,479	± 0,035
	MCV/VGM	fL	79,5	± 5,5	89,1	± 5,5	91,2	± 5,5
	MCH/TCMH	pg	20,9	± 2,5	24,4	± 3,0	28,6	± 3,5
		fmol	1,30	± 0,16	1,52	± 0,19	1,78	± 0,22
MCHC/CCMH	g/dL	26,3	± 3,0	27,4	± 3,0	31,3	± 3,0	
	g/L	263	± 30	274	± 30	313	± 30	
	mmol/L	16,3	± 1,9	17,0	± 1,9	19,5	± 1,9	
RDW/IDR	%	19,5	± 5,0	18,5	± 5,0	16,0	± 5,0	
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	100	± 30	245	± 60	470	± 90	
MPV/VPM	fL	8,3	± 5,0	9,1	± 5,0	9,6	± 5,0	
PCT	%	0,08	± 0,04	0,22	± 0,12	0,45	± 0,25	
PDW/IDP	%	12,0	± 5,0	13,0	± 5,0	14,0	± 5,0	
ORPHEE Mythic 60	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	2,6	± 0,6	6,7	± 1,5	18,2	± 3,0
	LYMPH%	%	39,5	± 12,0	22,5	± 10,0	17,0	± 9,0
	MONO%	%	9,5	± 9,5	9,0	± 9,0	5,0	± 5,0
	NEUT%	%	47,5	± 10,0	64,5	± 10,0	70,5	± 10,0
	EOS%	%	2,5	± 2,5	3,5	± 3,5	7,0	± 7,0
	BASO%	%	1,0	± 1,0	0,5	± 0,5	0,5	± 0,5
	LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,0	± 0,3	1,5	± 0,7	3,1	± 1,6
	MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,2	± 0,2	0,6	± 0,6	0,9	± 0,9
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,2	± 0,3	4,3	± 0,7	12,8	± 1,8
	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1	± 0,1	0,2	± 0,2	1,3	± 1,3
	BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1	± 0,1	0,1	± 0,1	0,1	± 0,1
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,15	± 0,20	4,70	± 0,30	5,25	± 0,40
	Hgb	g/dL	4,9	± 0,5	12,0	± 0,7	15,2	± 0,9
		g/L	49	± 5	120	± 7	152	± 9
		mmol/L	3,04	± 0,31	7,45	± 0,43	9,44	± 0,56
	Hct	%	16,4	± 2,5	41,2	± 3,0	46,5	± 3,5
		L/L	0,164	± 0,025	0,412	± 0,030	0,465	± 0,035
	MCV/VGM	fL	76,3	± 5,5	87,7	± 5,5	88,6	± 5,5
	MCH/TCMH	pg	22,8	± 2,5	25,5	± 3,0	29,0	± 3,5
		fmol	1,41	± 0,15	1,59	± 0,19	1,80	± 0,22
MCHC/CCMH	g/dL	29,9	± 3,0	29,1	± 3,0	32,7	± 3,0	
	g/L	299	± 30	291	± 30	327	± 30	
	mmol/L	18,5	± 1,9	18,1	± 1,9	20,3	± 1,9	
RDW/IDR	%	14,5	± 5,0	13,5	± 5,0	12,0	± 5,0	
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	90	± 30	240	± 60	475	± 90	
MPV/VPM	fL	8,1	± 5,0	8,2	± 5,0	8,6	± 5,0	
PCT	%	0,07	± 0,04	0,20	± 0,12	0,41	± 0,25	
PDW/IDP	%	11,5	± 5,0	17,5	± 5,0	20,0	± 5,0	

Flags generated on control material may be disregarded.

Les alarmes obtenues avec le sang de contrôle peuvent être ignorées.

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France.

Valeurs fournies par Bio-technne®, France.



Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".
La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

KK119

4



2024-07-05

QCP Data Months : **May, June**
Mois de Contrôle : **Mai, Juin**

Instruments : NIHON KOHDEN (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	KK119L	LOT	KK119N	LOT	KK119H	
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit	
		Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites	
NIHON KOHDEN CELLTAC	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,15 ± 0,60	7,70 ± 1,20	21,25 ± 3,00			
	LYMPH%	%	26,5 ± 15,0	25,0 ± 20,0	10,0 ± 9,5			
	MONO%	%	7,0 ± 7,0	5,5 ± 5,5	6,5 ± 6,5			
	NEUT%	%	52,0 ± 15,0	59,5 ± 10,0	64,0 ± 20,0			
	EOS%	%	2,5 ± 2,5	2,5 ± 2,5	6,0 ± 6,0			
	BASO%	%	12,0 ± 12,0	7,5 ± 7,5	13,5 ± 13,5			
	LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,8 ± 0,5	1,9 ± 1,5	2,1 ± 2,0			
	MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,4 ± 0,4	1,4 ± 1,4			
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,6 ± 0,5	4,6 ± 0,8	13,6 ± 4,3			
	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,2	1,3 ± 1,3			
	BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,4 ± 0,4	0,6 ± 0,6	2,9 ± 2,9			
	MEK-9100 CELLTAC-G	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,10 ± 0,18	4,75 ± 0,25	5,35 ± 0,30		
		Hgb	g/dL	5,6 ± 0,5	13,8 ± 0,6	16,8 ± 0,8		
			g/L	56 ± 5	138 ± 6	168 ± 8		
			mmol/L	3,5 ± 0,3	8,6 ± 0,4	10,4 ± 0,5		
		Hct	%	19,0 ± 2,5	47,7 ± 3,0	56,8 ± 3,5		
			L/L	0,190 ± 0,025	0,477 ± 0,030	0,568 ± 0,035		
		MCV/VGM	fL	90,5 ± 5,0	100,4 ± 5,0	106,2 ± 5,0		
		MCH/TCMH	pg	26,7 ± 2,5	29,1 ± 3,0	31,4 ± 3,0		
			fmol	1,67 ± 0,16	1,81 ± 0,19	1,94 ± 0,19		
MCHC/CCMH		g/dL	29,5 ± 3,5	28,9 ± 3,5	29,6 ± 3,5			
	g/L	295 ± 35	289 ± 35	296 ± 35				
	mmol/L	18,4 ± 2,2	18,0 ± 2,2	18,3 ± 2,2				
RDW/IDR	%	18,0 ± 4,0	16,5 ± 4,0	16,0 ± 4,0				
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	80 ± 25	220 ± 40	450 ± 70				
MPV/VPM	fL	7,3 ± 3,0	8,3 ± 3,0	8,9 ± 3,0				
PCT/TCT	%	0,06 ± 0,03	0,18 ± 0,10	0,40 ± 0,20				
PDW/IDP	%	17,5 ± 5,0	17,5 ± 5,0	18,0 ± 5,0				
Instruments : DIATRON / SIEMENS		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	KK119L	LOT	KK119N	LOT	KK119H	
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit	
		Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites	
DIATRON Abacus 5	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,20 ± 0,50	7,80 ± 1,00	21,85 ± 2,50			
	NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,41 ± 0,66	4,76 ± 1,84	13,87 ± 5,03			
SIEMENS (1) Advia 560	LYM#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,47 ± 0,68	2,26 ± 1,35	5,13 ± 3,27			
	MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,22 ± 0,22	0,59 ± 0,59	2,19 ± 2,19			
BOULE (1) Quintus	EOS#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,06 ± 0,06	0,12 ± 0,12	0,44 ± 0,44			
	BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,03 ± 0,03	0,08 ± 0,08	0,22 ± 0,22			
SFRI (1) Hemix 5	NEUT%	%	44,0 ± 12,0	61,0 ± 14,0	63,5 ± 14,0			
	LYM%	%	46,0 ± 12,0	29,0 ± 12,0	23,5 ± 11,0			
ERBA/LACHEMA (1) Elite 5	MONO%	%	7,0 ± 7,0	7,5 ± 7,5	10,0 ± 10,0			
	EOS%	%	2,0 ± 2,0	1,5 ± 1,5	2,0 ± 2,0			
ANALYTICON (1) BIOTECHNOLOGIES Hemolyzer 5	BASO%	%	1,0 ± 1,0	1,0 ± 1,0	1,0 ± 1,0			
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,17 ± 0,18	4,66 ± 0,24	5,18 ± 0,30			
HUMAN (1) HumaCount 5L	Hgb	g/dL	5,9 ± 0,4	13,3 ± 0,5	16,1 ± 0,7			
		g/L	59 ± 4	133 ± 5	161 ± 7			
ABAXIS VetScan HM5		mmol/L	3,66 ± 0,25	8,26 ± 0,31	10,00 ± 0,43			
	Hct	%	18,7 ± 2,0	43,3 ± 2,5	52,1 ± 3,0			
*For Research Use Only. *Utiliser en recherche seulement.		L/L	0,187 ± 0,020	0,433 ± 0,025	0,521 ± 0,030			
	MCV/VGM	fL	86,0 ± 5,0	93,0 ± 5,0	100,5 ± 5,0			
Gravity X *	MCH/TCMH	pg	27,2 ± 2,8	28,5 ± 2,8	31,1 ± 2,8			
		fmol	1,69 ± 0,17	1,77 ± 0,17	1,93 ± 0,17			
Gravity Y *	MCHC/CCMH	g/dL	31,6 ± 3,6	30,7 ± 3,0	30,9 ± 3,0			
		g/L	316 ± 36	307 ± 30	309 ± 30			
		mmol/L	19,6 ± 2,2	19,1 ± 1,9	19,2 ± 1,9			
	RDW-SD/IDR-SD	fL	50,5 ± 10,0	49,5 ± 10,0	50,0 ± 10,0			
	RDW-CV/IDR-CV	%	18,0 ± 5,0	16,0 ± 5,0	14,5 ± 5,0			
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	68 ± 25	216 ± 40	412 ± 70			
	PDW-CV/IDP-CV *	%	38,0 ± 9,9	38,0 ± 9,9	38,0 ± 9,9			
	PDW-SD/IDP-SD *	fL	14,5 ± 5,0	15,5 ± 5,0	15,5 ± 5,0			
	MPV/VPM	fL	7,0 ± 3,0	7,0 ± 3,0	7,0 ± 3,0			
	PCT *	%	0,04 ± 0,04	0,13 ± 0,08	0,27 ± 0,10			
	Gravity X *		N/A	128	N/A			
	Gravity Y *			88				

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France.

Valeurs fournies par Bio-technne®, France.



Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".
La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT KK119

A



2024-07-05

QCP Data Months : May, June
Mois de Contrôle : Mai, Juin

Instruments : NEOMEDICA			CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre		LOT KK119L		LOT KK119N		LOT KK119H	
			Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
NEOMEDICA	WBC/GB (W0C)	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	3,05 ± 0,60		7,49 ± 1,20		20,15 ± 2,50	
	WBC/GB (WIC)	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	3,15 ± 0,60		7,67 ± 1,20		20,85 ± 2,50	
PHOENIX NCC-5500 QC Mode	NEU#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,55 ± 0,65		4,90 ± 2,78		14,57 ± 6,28	
	NEU%	%	49,33 ± 20,00		63,83 ± 36,17		69,88 ± 30,12	
PHOENIX NCC-51 QC Mode	LYM#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,28 ± 1,28		1,94 ± 1,94		3,46 ± 3,46	
	LYM%	%	40,55 ± 12,00		25,34 ± 12,00		16,59 ± 8,50	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	MON#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,21 ± 0,21		0,44 ± 0,44		0,94 ± 0,94	
	MON%	%	6,74 ± 6,74		5,76 ± 5,76		4,52 ± 4,52	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	EOS#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,10 ± 0,10		0,34 ± 0,34		1,75 ± 1,75	
	EOS%	%	3,08 ± 3,08		4,47 ± 4,47		8,41 ± 8,41	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	BASO#	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,01 ± 0,01		0,05 ± 0,05		0,13 ± 0,13	
	BASO%	%	0,30 ± 0,30		0,60 ± 0,60		0,60 ± 0,60	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	RBC/GR	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,05 ± 0,20		4,75 ± 0,25		5,31 ± 0,35	
	Hgb	g/dL	5,6 ± 0,4		13,6 ± 0,6		15,9 ± 0,8	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	Hgb	g/L	56 ± 4		136 ± 6		159 ± 8	
	Hct	mmol/L	3,5 ± 0,3		8,4 ± 0,4		9,9 ± 0,5	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	Hct	%	15,8 ± 3,5		41,7 ± 4,5		48,7 ± 5,5	
	Hct	L/L	0,158 ± 0,035		0,417 ± 0,045		0,487 ± 0,055	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	MCV/VGM	fL	77,3 ± 6,5		87,8 ± 6,5		91,7 ± 6,5	
	MCH/TCMH	pg	27,3 ± 3,0		28,6 ± 3,5		29,9 ± 3,5	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	MCH/TCMH	fmol	1,71 ± 0,19		1,77 ± 0,22		1,86 ± 0,22	
	MCHC/CCMH	g/dL	35,4 ± 4,0		32,6 ± 4,0		32,6 ± 4,0	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	MCHC/CCMH	g/L	354 ± 40		326 ± 40		326 ± 40	
	MCHC/CCMH	mmol/L	22,2 ± 2,5		20,1 ± 2,5		20,3 ± 2,5	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	RDW/IDR-CV	%	16,5 ± 6,0		13,9 ± 6,0		13,7 ± 6,0	
	Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	78 ± 40		236 ± 70		496 ± 90	
PHOENIX NCC-61 QC Mode	MPV/VPM	fL	7,2 ± 5,0		6,8 ± 5,0		7,1 ± 5,0	
	PCT/TCT	%	0,06 ± 0,06		0,16 ± 0,16		0,35 ± 0,35	



Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".
La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

KK119

B



2024-07-05

QCP Data Months : May, June
Mois de Contrôle : Mai, Juin

Instruments : URIT		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT KK119L		LOT KK119N		LOT KK119H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
URIT	WBC/GB (W0C) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,92 ± 0,40		7,08 ± 0,80		17,11 ± 2,20	
URIT-5500	WBC/GB (WIC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	3,16 ± 0,40		7,93 ± 0,80		22,14 ± 2,20	
Software Version V2.08.150514 (WIC-FPGA)	NEU# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,53 ± 0,60		5,06 ± 1,20		15,80 ± 3,40	
	NEU% %	48,43 ± 10,00		63,75 ± 8,00		71,35 ± 8,00	
	LYM# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,27 ± 0,50		1,98 ± 0,90		3,09 ± 1,70	
	LYM% %	40,19 ± 9,00		24,97 ± 7,00		13,96 ± 6,00	
	MON# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,23 ± 0,23		0,46 ± 0,46		1,07 ± 1,07	
	MON% %	7,40 ± 6,50		5,83 ± 5,83		4,82 ± 4,82	
	EOS# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,12 ± 0,12		0,38 ± 0,38		2,05 ± 2,05	
	EOS% %	3,68 ± 3,68		4,85 ± 4,85		9,27 ± 6,50	
	BASO# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,01 ± 0,01		0,05 ± 0,05		0,13 ± 0,13	
	BASO% %	0,30 ± 0,30		0,60 ± 0,60		0,60 ± 0,60	
Values established in QC Mode. Valeurs établies en Mode QC.	RBC/GR 10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,20 ± 0,15		4,83 ± 0,20		5,43 ± 0,24	
	Hgb g/dL	5,3 ± 0,3		13,1 ± 0,5		15,2 ± 0,7	
	g/L	53 ± 3		131 ± 5		152 ± 7	
	mmol/L	3,3 ± 0,2		8,1 ± 0,3		9,4 ± 0,4	
	Hct %	17,5 ± 1,8		43,0 ± 2,4		50,3 ± 3,0	
	L/L	0,175 ± 0,018		0,430 ± 0,024		0,503 ± 0,030	
	MCV/VGM fL	79,6 ± 4,0		89,0 ± 4,0		92,6 ± 4,0	
	MCH/TCMH pg	24,2 ± 2,8		27,1 ± 2,0		27,9 ± 2,0	
	fmol	1,50 ± 0,17		1,68 ± 0,12		1,73 ± 0,12	
	MCHC/CCMH g/dL	30,5 ± 3,6		30,4 ± 2,8		30,2 ± 2,8	
	g/L	305 ± 36		304 ± 28		302 ± 28	
	mmol/L	18,9 ± 2,2		18,8 ± 1,7		18,7 ± 1,7	
	RDW/IDR-CV %	17,1 ± 3,0		14,9 ± 3,0		14,6 ± 3,0	
	Plt 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	91 ± 20		241 ± 40		476 ± 65	
	MPV/VPM fL	11,9 ± 3,0		11,3 ± 3,0		10,8 ± 3,0	
	PCT/TCT %	0,11 ± 0,11		0,27 ± 0,27		0,51 ± 0,51	



Bio-techné® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .



AV03K03 V17 08/2023

Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".

La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

QCP Data Months :
Mois de Contrôle :

May, June
Mai, Juin

LOT

KK119

C



2024-07-05

Instruments : URIT / SPINREACT (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT KK119L		LOT KK119N		LOT KK119H		
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	
URIT URIT-5200 Software Version V1.00.140218 (WIC-FPGA)	WBC/GB (WOC) $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	2,82	± 0,40	7,12	± 0,80	17,97	± 2,20	
	NEU# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,33	± 0,60	4,52	± 1,20	12,71	± 3,40	
	NEU% %	47,34	± 10,00	63,45	± 8,00	70,75	± 8,00	
	LYM# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,23	± 0,50	1,83	± 0,90	2,53	± 1,70	
	LYM% %	43,57	± 9,00	25,67	± 7,00	14,07	± 6,00	
	MON# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,15	± 0,15	0,33	± 0,33	0,60	± 0,60	
	MON% %	5,22	± 5,22	4,61	± 4,61	3,35	± 3,35	
	EOS# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,10	± 0,10	0,40	± 0,40	2,02	± 2,02	
	EOS% %	3,57	± 3,57	5,67	± 5,67	11,23	± 6,50	
	BASO# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,01	± 0,01	0,04	± 0,04	0,11	± 0,11	
	BASO% %	0,30	± 0,30	0,60	± 0,60	0,60	± 0,60	
	Values established in QC Mode. Valeurs établies en Mode QC.	RBC/GR $10^6/\mu\text{L} \& 10^{12}/\text{L}$	2,08	± 0,15	4,79	± 0,20	5,51	± 0,24
	Hgb g/dL	5,7	± 0,3	13,5	± 0,5	15,8	± 0,7	
	g/L	57	± 3	135	± 5	158	± 7	
	mmol/L	3,5	± 0,2	8,4	± 0,3	9,8	± 0,4	
	Hct %	18,8	± 1,8	47,4	± 2,4	57,4	± 3,0	
	L/L	0,188	± 0,018	0,474	± 0,024	0,574	± 0,030	
	MCV/VGM fL	90,3	± 4,0	98,9	± 4,0	104,2	± 4,0	
	MCH/TCMH pg	27,2	± 2,8	28,1	± 2,0	28,8	± 2,0	
	fmol	1,68	± 0,17	1,75	± 0,12	1,78	± 0,12	
	MCHC/CCMH g/dL	30,1	± 3,6	28,4	± 2,8	27,6	± 2,8	
g/L	301	± 36	284	± 28	276	± 28		
mmol/L	18,6	± 2,2	17,7	± 1,7	17,1	± 1,7		
RDW/IDR-CV %	16,8	± 3,0	14,9	± 3,0	14,5	± 3,0		
Plt $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	112	± 20	235	± 40	444	± 65		
MPV/VPM fL	13,7	± 3,0	11,7	± 3,0	11,3	± 3,0		
PCT/TCT %	0,15	± 0,15	0,27	± 0,27	0,50	± 0,50		
URIT URIT-5250 Software Version V2.08.150514 (WIC-FPGA)	WBC/GB (WOC) $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	2,96	± 0,40	7,44	± 0,80	18,95	± 2,20	
	WBC/GB (WIC) $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	3,16	± 0,40	8,73	± 0,80	24,87	± 2,20	
	NEU# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,64	± 0,60	5,78	± 1,20	18,27	± 3,40	
	NEU% %	52,04	± 10,00	66,16	± 8,00	73,45	± 8,00	
	LYM# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,16	± 0,50	1,92	± 0,90	2,78	± 1,70	
	LYM% %	36,78	± 9,00	21,99	± 7,00	11,17	± 6,00	
	MON# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,22	± 0,22	0,56	± 0,56	1,27	± 1,27	
	MON% %	6,94	± 6,50	6,45	± 6,45	5,11	± 5,11	
	EOS# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,12	± 0,12	0,42	± 0,42	2,40	± 2,40	
	EOS% %	3,69	± 3,69	4,80	± 4,80	9,67	± 6,50	
	SPINREACT (1) Spincell 5 Software Version V2.08.150514 (WIC-FPGA)	BASO# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,02	± 0,02	0,05	± 0,05	0,15	± 0,15
		BASO% %	0,55	± 0,55	0,60	± 0,60	0,60	± 0,60
		RBC/GR $10^6/\mu\text{L} \& 10^{12}/\text{L}$	1,90	± 0,15	4,18	± 0,20	4,71	± 0,24
		Hgb g/dL	5,8	± 0,3	13,9	± 0,5	16,7	± 0,7
		g/L	58	± 3	139	± 5	167	± 7
		mmol/L	3,6	± 0,2	8,6	± 0,3	10,4	± 0,4
		Hct %	15,6	± 1,8	38,5	± 2,4	44,9	± 3,0
		L/L	0,156	± 0,018	0,385	± 0,024	0,449	± 0,030
		MCV/VGM fL	82,2	± 4,0	92,2	± 4,0	95,4	± 4,0
		MCH/TCMH pg	30,5	± 2,8	33,2	± 2,0	35,4	± 2,0
	fmol	1,89	± 0,17	2,06	± 0,12	2,21	± 0,12	
MCHC/CCMH g/dL	37,2	± 3,6	36,1	± 2,8	37,1	± 2,8		
g/L	372	± 36	361	± 28	371	± 28		
mmol/L	23,1	± 2,2	22,3	± 1,7	23,2	± 1,8		
RDW/IDR-CV %	16,8	± 3,0	14,1	± 3,0	14,0	± 3,0		
Plt $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	108	± 20	265	± 40	509	± 65		
MPV/VPM fL	8,4	± 3,0	8,0	± 3,0	7,9	± 3,0		
PCT/TCT %	0,09	± 0,09	0,21	± 0,21	0,40	± 0,40		

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

(1) Valeurs fournies par Bio-technie®, France.



Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".

La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

KK119

D



2024-07-05

QCP Data Months :
Mois de Contrôle :

May, June
Mai, Juin

Instruments : URIT / SPINREACT (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT KK119L		LOT KK119N		LOT KK119H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
URIT URIT-5500 Software Version V3.01.150722 (WIC-FPGA)	WBC/GB (WOC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	3,04 ± 0,40	7,35 ± 0,80	17,91 ± 2,20			
	WBC/GB (WIC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	3,23 ± 0,40	7,90 ± 0,80	22,01 ± 2,20			
	NEU# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,54 ± 0,60	5,07 ± 1,20	15,68 ± 3,40			
	NEU% %	47,83 ± 10,00	64,24 ± 8,00	71,26 ± 8,00			
	LYM# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,35 ± 0,50	1,98 ± 0,90	3,20 ± 1,70			
	LYM% %	41,83 ± 9,00	25,02 ± 7,00	14,54 ± 6,00			
	MON# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,22 ± 0,22	0,43 ± 0,43	0,98 ± 0,98			
	MON% %	6,68 ± 6,50	5,50 ± 5,50	4,43 ± 4,43			
	EOS# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,11 ± 0,11	0,37 ± 0,37	2,02 ± 2,02			
	EOS% %	3,36 ± 3,36	4,64 ± 4,64	9,17 ± 6,50			
	BASO# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,01 ± 0,01	0,05 ± 0,05	0,13 ± 0,13			
	BASO% %	0,30 ± 0,30	0,60 ± 0,60	0,60 ± 0,60			
	RBC/GR 10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,07 ± 0,15	4,62 ± 0,20	5,27 ± 0,24			
	Hgb g/dL	5,4 ± 0,3	13,1 ± 0,5	15,4 ± 0,7			
	g/L	54 ± 3	131 ± 5	154 ± 7			
	mmol/L	3,4 ± 0,2	8,1 ± 0,3	9,6 ± 0,4			
	Hct %	16,1 ± 1,8	40,7 ± 2,4	48,6 ± 3,0			
	L/L	0,161 ± 0,018	0,407 ± 0,024	0,486 ± 0,030			
	MCV/VGM fL	78,0 ± 4,0	88,2 ± 4,0	92,3 ± 4,0			
	MCH/TCMH pg	25,9 ± 2,8	28,4 ± 2,0	29,2 ± 2,0			
	fmol	1,64 ± 0,18	1,75 ± 0,12	1,82 ± 0,12			
MCHC/CCMH g/dL	33,3 ± 3,6	32,3 ± 2,8	31,7 ± 2,8				
g/L	333 ± 36	323 ± 28	317 ± 28				
mmol/L	21,1 ± 2,3	19,9 ± 1,7	19,8 ± 1,7				
RDW/IDR-CV %	16,6 ± 3,0	13,7 ± 3,0	13,2 ± 3,0				
Plt 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	77 ± 20	233 ± 40	479 ± 65				
MPV/VPM fL	11,6 ± 3,0	10,4 ± 3,0	9,9 ± 3,0				
PCT/TCT %	0,09 ± 0,09	0,24 ± 0,24	0,47 ± 0,47				
URIT URIT-5250 Software Version V3.01.150722 (WIC-FPGA)	WBC/GB (WOC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,96 ± 0,40	7,44 ± 0,80	18,75 ± 2,20			
	WBC/GB (WIC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,88 ± 0,40	7,86 ± 0,80	22,25 ± 2,20			
	NEU# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,48 ± 0,60	5,17 ± 1,20	16,14 ± 3,40			
	NEU% %	51,53 ± 10,00	65,79 ± 8,00	72,53 ± 8,00			
	LYM# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,11 ± 0,50	1,77 ± 0,90	2,67 ± 1,70			
	LYM% %	38,71 ± 9,00	22,56 ± 7,00	12,00 ± 6,00			
	MON# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,15 ± 0,15	0,48 ± 0,48	1,09 ± 1,09			
	MON% %	5,14 ± 5,14	6,09 ± 6,09	4,90 ± 4,90			
	EOS# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,12 ± 0,12	0,39 ± 0,39	2,22 ± 2,22			
	EOS% %	4,07 ± 4,07	4,96 ± 4,96	9,97 ± 6,50			
	BASO# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,02 ± 0,02	0,05 ± 0,05	0,13 ± 0,13			
	BASO% %	0,55 ± 0,55	0,60 ± 0,60	0,60 ± 0,60			
	RBC/GR 10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	1,89 ± 0,15	4,18 ± 0,20	4,68 ± 0,24			
	Hgb g/dL	5,8 ± 0,3	14,0 ± 0,5	16,7 ± 0,7			
	g/L	58 ± 3	140 ± 5	167 ± 7			
	mmol/L	3,6 ± 0,2	8,7 ± 0,3	10,4 ± 0,4			
	Hct %	15,3 ± 1,8	38,5 ± 2,4	44,9 ± 3,0			
	L/L	0,153 ± 0,018	0,385 ± 0,024	0,449 ± 0,030			
	MCV/VGM fL	80,9 ± 4,0	92,2 ± 4,0	96,0 ± 4,0			
	MCH/TCMH pg	30,6 ± 2,8	33,6 ± 2,0	35,7 ± 2,0			
	fmol	1,90 ± 0,17	2,08 ± 0,12	2,22 ± 0,12			
MCHC/CCMH g/dL	37,8 ± 3,6	36,5 ± 2,8	37,2 ± 2,8				
g/L	378 ± 36	365 ± 28	372 ± 28				
mmol/L	23,5 ± 2,2	22,6 ± 1,7	23,2 ± 1,7				
RDW/IDR-CV %	16,8 ± 3,0	13,5 ± 3,0	13,2 ± 3,0				
Plt 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	101 ± 20	254 ± 40	452 ± 65				
MPV/VPM fL	8,4 ± 3,0	7,7 ± 3,0	7,2 ± 3,0				
PCT/TCT %	0,08 ± 0,08	0,20 ± 0,20	0,33 ± 0,33				
SPINREACT (1) Spincell 5 Software Version V3.01.150722 (WIC-FPGA)	WBC/GB (WOC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,96 ± 0,40	7,44 ± 0,80	18,75 ± 2,20			
	WBC/GB (WIC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,88 ± 0,40	7,86 ± 0,80	22,25 ± 2,20			
	NEU# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,48 ± 0,60	5,17 ± 1,20	16,14 ± 3,40			
	NEU% %	51,53 ± 10,00	65,79 ± 8,00	72,53 ± 8,00			
	LYM# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,11 ± 0,50	1,77 ± 0,90	2,67 ± 1,70			
	LYM% %	38,71 ± 9,00	22,56 ± 7,00	12,00 ± 6,00			
	MON# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,15 ± 0,15	0,48 ± 0,48	1,09 ± 1,09			
	MON% %	5,14 ± 5,14	6,09 ± 6,09	4,90 ± 4,90			
	EOS# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,12 ± 0,12	0,39 ± 0,39	2,22 ± 2,22			
	EOS% %	4,07 ± 4,07	4,96 ± 4,96	9,97 ± 6,50			
	BASO# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,02 ± 0,02	0,05 ± 0,05	0,13 ± 0,13			
	BASO% %	0,55 ± 0,55	0,60 ± 0,60	0,60 ± 0,60			

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

(1) Valeurs fournies par Bio-technie®, France.



Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".

La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

KK119

E



2024-07-05

QCP Data Months :
Mois de Contrôle :

May, June
Mai, Juin

Instruments : URIT / SPINREACT (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT KK119L		LOT KK119N		LOT KK119H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
URIT URIT-5500 Hemalit-5500 V4.01.160421 (WIC-FPGA) V5.00.191209 (WIC-FPGA)	WBC/GB (WOC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	3,05	± 0,40	7,49	± 0,80	20,15	± 2,20
	WBC/GB (WIC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	3,15	± 0,40	7,67	± 0,80	20,85	± 2,20
	NEU# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,55	± 0,60	4,90	± 1,20	14,57	± 3,40
	NEU% %	49,33	± 10,00	63,83	± 8,00	69,88	± 8,00
	LYM# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,28	± 0,50	1,94	± 0,90	3,46	± 1,70
	LYM% %	40,55	± 9,00	25,34	± 7,00	16,59	± 6,00
	MON# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,21	± 0,21	0,44	± 0,44	0,94	± 0,94
	MON% %	6,74	± 6,50	5,76	± 5,76	4,52	± 4,52
	EOS# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,10	± 0,10	0,34	± 0,34	1,75	± 1,75
	EOS% %	3,08	± 3,08	4,47	± 4,47	8,41	± 6,50
	BASO# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,01	± 0,01	0,05	± 0,05	0,13	± 0,13
	BASO% %	0,30	± 0,30	0,60	± 0,60	0,60	± 0,60
	RBC/GR 10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,05	± 0,15	4,75	± 0,20	5,31	± 0,24
	Hgb g/dL	5,6	± 0,3	13,6	± 0,5	15,9	± 0,7
	Hgb g/L	56	± 3	136	± 5	159	± 7
	Hgb mmol/L	3,5	± 0,2	8,4	± 0,3	9,9	± 0,4
	Hct %	15,8	± 1,8	41,7	± 2,4	48,7	± 3,0
	Hct L/L	0,158	± 0,018	0,417	± 0,024	0,487	± 0,030
	MCV/VGM fL	77,3	± 4,0	87,8	± 4,0	91,7	± 4,0
	MCH/TCMH pg	27,3	± 2,8	28,6	± 2,0	29,9	± 2,0
	MCH/TCMH fmol	1,71	± 0,18	1,77	± 0,12	1,86	± 0,12
	MCHC/CCMH g/dL	35,4	± 3,6	32,6	± 2,8	32,6	± 2,8
	MCHC/CCMH g/L	354	± 36	326	± 28	326	± 28
	MCHC/CCMH mmol/L	22,2	± 2,3	20,1	± 1,7	20,3	± 1,7
	RDW/IDR-CV %	16,5	± 3,0	13,9	± 3,0	13,7	± 3,0
	Plt 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	78	± 20	236	± 40	496	± 65
MPV/VPM fL	7,2	± 3,0	6,8	± 3,0	7,1	± 3,0	
PCT/TCT %	0,06	± 0,06	0,16	± 0,16	0,35	± 0,35	
URIT URIT-5250 / 5380 BH-5390 V4.01.160421 (WIC-FPGA)	WBC/GB (WOC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,97	± 0,40	7,50	± 0,80	20,21	± 2,20
	WBC/GB (WIC) 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,97	± 0,40	7,61	± 0,80	21,82	± 2,20
	NEU# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,54	± 0,60	5,05	± 1,20	15,81	± 3,40
	NEU% %	51,91	± 10,00	66,42	± 8,00	72,44	± 8,00
	LYM# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,14	± 0,50	1,71	± 0,90	2,84	± 1,70
	LYM% %	38,40	± 9,00	22,44	± 7,00	13,03	± 6,00
	MON# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,17	± 0,17	0,47	± 0,47	1,05	± 1,05
	MON% %	5,75	± 5,75	6,17	± 6,17	4,82	± 4,82
	EOS# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,10	± 0,10	0,33	± 0,33	1,99	± 1,99
	EOS% %	3,39	± 3,39	4,37	± 4,37	9,11	± 6,50
	BASO# 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,02	± 0,02	0,05	± 0,05	0,13	± 0,13
	BASO% %	0,55	± 0,55	0,60	± 0,60	0,60	± 0,60
	RBC/GR 10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	1,95	± 0,15	4,21	± 0,20	4,74	± 0,24
	Hgb g/dL	5,9	± 0,3	13,9	± 0,5	16,5	± 0,7
	Hgb g/L	59	± 3	139	± 5	165	± 7
	Hgb mmol/L	3,7	± 0,2	8,6	± 0,3	10,2	± 0,4
	Hct %	15,6	± 1,8	38,4	± 2,4	45,0	± 3,0
	Hct L/L	0,156	± 0,018	0,384	± 0,024	0,450	± 0,030
	MCV/VGM fL	79,8	± 4,0	91,3	± 4,0	95,0	± 4,0
	MCH/TCMH pg	30,3	± 2,8	33,0	± 2,0	34,8	± 2,0
	MCH/TCMH fmol	1,90	± 0,18	2,04	± 0,12	2,15	± 0,12
	MCHC/CCMH g/dL	37,8	± 3,6	36,2	± 2,8	36,7	± 2,8
	MCHC/CCMH g/L	378	± 36	362	± 28	367	± 28
	MCHC/CCMH mmol/L	23,7	± 2,3	22,4	± 1,7	22,7	± 1,7
	RDW/IDR-CV %	15,9	± 3,0	12,9	± 3,0	12,6	± 3,0
	Plt 10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	93	± 20	259	± 40	517	± 65
MPV/VPM fL	5,7	± 3,0	5,9	± 3,0	6,0	± 3,0	
PCT/TCT %	0,05	± 0,05	0,15	± 0,15	0,31	± 0,31	

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

(1) Valeurs fournies par Bio-technie®, France.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delormel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .

AV03K03 V17 08/2023

Opened tubes are stable for 15 days or 15 thermal cycles (uses) or "pierces".
La stabilité des tubes après ouverture est de 15 jours ou 15 cycles thermiques.

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

KK119

F



2024-07-05

QCP Data Months : **May, June**
Mois de Contrôle : **Mai, Juin**

Instruments : URIT / SPINREACT (1) / DIASYSTEM (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT KK119L		LOT KK119N		LOT KK119H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
URIT URIT-5160 / 5160VET URIT-5181 / 5180 BH-5100 BH-5100VET Smart-V5 / 5 / 5 Vet Software Version V1.11.170522 and above Values established in QC Mode. Valeurs établies en Mode QC.	WBC/GB (W0C) $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	2,98 ± 0,40	7,66 ± 0,80	20,58 ± 2,20			
	WBC/GB (WIC) $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	3,02 ± 0,40	7,78 ± 0,80	21,53 ± 2,20			
	NEU# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,61 ± 0,60	5,00 ± 1,20	15,73 ± 3,40			
	NEU% %	53,15 ± 10,00	64,33 ± 8,00	73,06 ± 8,00			
	LYM# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,02 ± 0,50	1,68 ± 0,90	2,69 ± 1,70			
	LYM% %	33,84 ± 9,00	21,56 ± 7,00	12,48 ± 6,00			
	MON# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,26 ± 0,26	0,70 ± 0,70	1,34 ± 1,34			
	MON% %	8,64 ± 6,50	8,97 ± 6,50	6,24 ± 6,24			
	EOS# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,11 ± 0,11	0,35 ± 0,35	1,64 ± 1,64			
	EOS% %	3,74 ± 3,74	4,54 ± 4,54	7,62 ± 6,50			
	BASO# $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,02 ± 0,02	0,05 ± 0,05	0,13 ± 0,13			
	BASO% %	0,63 ± 0,63	0,60 ± 0,60	0,60 ± 0,60			
	RBC/GR $10^6/\mu\text{L} \& 10^{12}/\text{L}$	1,99 ± 0,15	4,25 ± 0,20	4,89 ± 0,24			
	Hgb g/dL	6,0 ± 0,3	14,3 ± 0,5	17,1 ± 0,7			
	Hgb g/L	60 ± 3	143 ± 5	171 ± 7			
	Hct mmol/L	3,7 ± 0,2	8,9 ± 0,3	10,6 ± 0,4			
	Hct %	14,9 ± 1,8	36,5 ± 2,4	44,2 ± 3,0			
	L/L	0,149 ± 0,018	0,365 ± 0,024	0,442 ± 0,030			
	SPINREACT (1) Spincell Compact Software Version V1.11.170522 and above	MCV/VGM fL	75,0 ± 4,0	85,9 ± 4,0	90,3 ± 4,0		
		MCH/TCMH pg	30,2 ± 2,8	33,6 ± 2,0	35,0 ± 2,0		
fmol		1,86 ± 0,17	2,09 ± 0,12	2,17 ± 0,12			
MCHC/CCMH g/dL		40,3 ± 3,6	39,2 ± 2,8	38,7 ± 2,8			
DIASYSTEM (1) DSH560	g/L	403 ± 36	392 ± 28	387 ± 28			
	mmol/L	24,8 ± 2,2	24,4 ± 1,7	24,0 ± 1,7			
	RDW/IDR-CV %	20,5 ± 3,0	16,7 ± 3,0	16,5 ± 3,0			
	Plt $10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	86 ± 20	244 ± 40	472 ± 65			
	MPV/VPM fL	8,9 ± 3,0	8,8 ± 3,0	8,8 ± 3,0			
	PDW/IDP %	9,5 ± 3,0	9,7 ± 3,0	10,8 ± 3,0			
	PCT/TCT %	0,08 ± 0,05	0,22 ± 0,10	0,42 ± 0,20			
	P-LCR %	21,20 ± 8,00	21,72 ± 8,00	22,85 ± 8,00			
P-LCC $10^9/\text{L}$	18 ± 15	52 ± 25	107 ± 35				

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

(1) Valeurs fournies par Bio-technie®, France.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .



AV03K03 V17 08/2023